ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на измерительный комплекс КИ-СТГ.

Изготовитель: ООО ЭПО «Сигнал»
Т/ф: +7(8453) 76-11-11, доб.1-04, 1-37 e-mail: marketing@eposignal.ru

Тип применяемого счетчика (ротационный, турбинный, мембранный, ультразвуковой, другой.)	
Наличие электронного корректора (нужное отметить)	ФЛОУГАЗ SEVC-D (Corus) ФЛОУГАЗ-Т ВКГ-2 БК ВКГ-3Т ЕК-270 ТС-220 СПГ-761 Гелиос-Т СПГ-742 другой_____
Направление потока газа (справа-налево, слева-направо и т.п.)	
Давление газа рабочее (фактическое, избыточное/МПа)	Min: Max:
Расход газа, нм^3/ч	Min: Max:
Счетчик располагается	Во взрывоопасной зоне Во взрывобезопасной зоне
Термопреобразователь сопротивления, тип	Взрывозащищенный (Exia/Exd) Не взрывозащищенный
Термопреобразователь сопротивления, конкретная маркировка (если необходимо)	
Датчик давления, тип	Абсолютное давление Избыточное давление
Датчик давления, исполнение	Взрывозащищенный(Exia/Exd) Не взрывозащищенный
Датчик давления, предел измеряемого давления (изб., МПа)	
Датчик давления, конкретная маркировка (если необходимо)	
Необходимость датчика перепада давления (ДПД)	Да Нет
Модель датчика перепада давления **** для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч.***	ДСП-80 ПРОМА САПФИР Встроенный Другой_____
Необходимость передачи данных с ДПД на корректор	Да Нет
Дальность выноса вычислителя от счетчика (длина кабеля, м.) **** для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч.***	
Необходимость комплектации дополнительным оборудованием	Ком-кт пр. уч-ов ИБП Оптич. адаптер Принтер GSM модем 3G модем

Необходимость установки электрики и автоматики в электрическом шкафу ЩМП на DIN-рейке (корректор, модем, БП, ИБП, барьеры, розетка, лампа и т.п.) **** для комплексов с выч-ми СПГ, ВКГ, ТЭКОН и проч.***	Да Нет
Прочие условия	_____ _____ _____ _____

Организация-заказчик _____

Наименование объекта, местонахождение (обязательно)_____

Контактное лицо, тел. _____